

12 ARMOIRES VENTILEES	MARQUE	NUMERO DE SERIE	CARACTERISTIQUES FILTRES	PRESCRIPTIONS	TYPE DE PRODUITS STOCKES	LOT
N14	ERLAB	MAP 8193 07	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98	Maintenance préventive conforme à la norme NFX 15-211 1 fois par an au mois de juillet ou août + 1 contrôle partiel complémentaire intermédiaire (vérification du niveau de saturation des filtres)	ACIDES	3
	ERLAB	MAP 12530 09	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98		BASES	3
	DUPERTHAL	23 -201260-401 - 73534 / 2008	FILTRE AS F2		SOLVANTS	3
	CAPTAIR STORE 834	B01PA03022 / 22449-14	2 FILTRES BE GF4 - SE 11004/98		ACIDES BASES	3
M12/N11	ERLAB	MAP 15168 10	FILTRE AS MF4 - SE 11004/98	Vérification état des ventilateurs, connexions électriques, voyants éléments mécaniques Contrôle du confinement selon la norme NFX 15-211 : 2009 Contrôle de la saturation du filtre moléculaire selon la norme NFX 15-211 : 2009 Un rapport de maintenance préventive et de vérification doit être fourni à l'issue des contrôles accompagné d'une copie des certificats d'étalonnage des différents appareils de mesure utilisés.	SOLVANTS	3
M11	ERLAB	MAP 15170 10	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98		ACIDES	3
B22	ERLAB	MAP 8194 07	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98		BASES	3
	ERLAB	MAP 8195 07	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98		ACIDES	3
	DUPERTHAL TYPE 30	73532/2008	FILTRE AS F2		SOLVANTS	3
D23	ERLAB	MAP 15171 10	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98		ACIDES DILUES + BASES DILUEES	3
JO1	ERLAB	MAP 15169 10	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98		BASES	3
STOCK	ERLAB	817607	PAS DE FILTRE		BASES	3
HALLE TECHNOLOGIQUE	ERLAB	MIDCAP 1634 - 23872	FILTRE BE MF4 - SE 11004/98		ACIDES BASES SOLVANTS	3